

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧИКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2022-07-29-005774-а.

Назва предмета закупівлі: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код ДК 021:2015 - 33110000-4

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-29-005774-а.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі портативного дентального рентген апарату

(портативний дентальний рентген апарат (НК 024:2019 – 33109))

Найменування показників (технічні вимоги), одиниця виміру	Фактичне значення показників (якісна характеристика)
Тип приладу	Мобільного типу
1. Технічні характеристики	Генератор рентгенівського випромінювання: - напруга на трубці – 60-70 кВ - сила струму на трубці – 2-3 мА - діапазон змін експозиції - 0,01 - 2 с Рентгенівська трубка - модель - TOSHIBA - розмір фокального вікна – 0.4-0,8 мм - кут фокусування трубки – 12-20 град - загальна фільтрація – 1,5 -2,8 мм Дисплей – TFT(IPS) Маса – 1.5 – 2.5 кг 10. Тип акумулятора - литий-полімерний
2. Комплектація	Рентгенівський апарат Мережевий кабель Інструкція користувача Блок живлення

інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі цифрового радіовізіографа

Найменування показників (технічні вимоги), одиниця виміру	Фактичне значення показників (якісна характеристика)
---	--

1. Опис	Цифровий сенсор стоматологічної візуалізації, інтраоральний спрямований на створення інтраорального рентгенівського знімку, що вимагає роботи з джерелом рентгенівського випромінювання і програмою візуалізації в стоматологічній клініці для стоматологів та ортодонтів.
2. Технічні характеристики	Роздільна здатність: 25-37 пл/мм. Технологія матриці: CMOS. Роздільна здатність на поверхні сенсора: до 1700x1300 пікселів. Розмір пікселя: до 20x20 мкм. Розмір : д\ш\в до 41\31\7 (мм)
3. Функціональні компоненти	- сенсор - система фіксації зображення - USB-кабель - програмне забезпечення

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника вказаним технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, а саме:
 - 1) копії сертифікатів відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів;
 - 2) копії Декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту
 - 3) таблицю відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі вимогам і характеристикам, що вимагаються замовником
 - 4) довідку про те, що технічні, якісні характеристики Товару, пропонованого учасником, враховують застосування заходів із захисту довкілля.

ІНШІ ВИМОГИ:

Кондиція товару: Товар має бути новим, який не був у використанні.

Умови поставки: Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення повинні бути включені в ціну Товару.

Гарантійний термін має складати не менше 12 місяців.

Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана вартість -215064,00 грн.

В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов'язані з виконанням договору

При визначенні очікуваної вартості замовник керувався наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін на ринку через мережу інтернет

Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.

Уповноважена особа з питань
організації та проведення
процедур закупівель



Олександр ГОРОДЕЦЬКИЙ