

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 — «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (33124130-5 Дослідне приладдя)(Програмно-апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1» (НК 024:2023: 58289 — Система оцінювання психологічного статусу; НК 031:2024: Z12109007 — Системи психометричного тестування)))», ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-13-012320-a

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Програмно-апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1»
- 1 шт. або «еквівалент»

Медико – технічні вимоги	Відповідність
1. Програмно-апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1» (далі – ПАКПФД) або аналог призначений для оснащення кабінетів психофізіологічної експертизи, які проводять психофізіологічне обстеження при проведенні обов'язкових попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах, де є потреба у професійному доборі, і формують висновки психофізіологічної експертизи щодо придатності працівників до виконання робіт, що потребують професійного добору.	
2. Склад:	
- спеціалізована психодіагностична клавіатура (далі – СПК);	
- персональний комп'ютер типу ноутбук (далі – ПК);	
- принтер;	
- блок живлення (далі – БЖ) ПК;	
- багаторозетковий з'єднувач мережі (далі – БРЗМ), що є окремим виробом;	
- стандартний кабель типу «АМ-ВМ»;	
- програмне забезпечення (далі – ПЗ) на носії.	
3. ПАКПФД має бути призначений для оцінки рівня таких психологічних якостей людини:	
- реакція; - пам'ять; - увага (стійкість, розподіл, переключення, обсяг, концентрація); - функціональна рухливість нервових процесів; - психомоторні якості; - врівноваженість нервових процесів;	

- орієнтація в просторі; - просторово-тимчасова екстраполяція; - стійкість до монотонії та інші якості, які відповідають вимогам нормативних актів.	
4. Класифікація	
4.1. Зовнішні поверхні СПК стійкі до багаторазової дезінфекції за Державними санітарними нормами та правилами «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я» (наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 552)	
4.2. За ступенем захисту від небезпеки ураження електричним струмом комплекс має відповідати вимогам ДСТУ EN – 60601-1:2015, за типом BF	
4.3. Ступінь захисту СПК від проникнення твердих частин і води – IP30 по ДСТУ EN 60529:2018	
4.4. СПК має відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 10993-1:2015 до біосумісності.	
4.5. ПАКПФД має забезпечувати вимірювання часових інтервалів в діапазоні від 0,10 до 600 с. Відносна похибка вимірювання часових інтервалів має складатися в діапазоні від 0,1 до 0,5 с не більше $\pm 15 \%$, в діапазоні від 0,5 до 1 с не більше $\pm 5 \%$ та в діапазоні від 1 до 600 с не більше $\pm 1 \%$.	
4.6. ПАКПФД має працювати під управлінням операційної системи Windows.	
4.7. ПЗ ПАКПФД має реалізувати: - реагування ПК на натискання і відпускання клавіш СПК; - приймання сигналів від СПК через інтерфейс USB; - відображення відповідного функціоналу на екрані монітора при отримуванні сигналів; - формування результатів тестування працівника та їх передачу на принтер; - збереження в пам'ять ПК результатів проведених досліджень; - друкування збережених результатів.	
4.8. ПАКПФД має зберігати технічні характеристики в наступних умовах експлуатації: - в діапазоні температур навколишнього повітря від 10 до 35 °C; - при відносній вологості до 80 % при температурі 25 °C без конденсації вологи; - при атмосферному тиску (100 ± 4) кПа або (750 ± 30) мм рт. ст	

5. Гарантійний термін експлуатації ПАКПФД складає один рік з дня введення його в експлуатацію	
6. Дата виготовлення обладнання – не раніше 2025 року	
7. Сертифікат на систему управління якістю	
8. Декларація про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженому постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753	
9. Сертифікат відповідності технічної документації	

2. ІНШІ ВИМОГИ

1. Запропонований Учасником товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не перебувати під заставою, арештом, не бути предметом судового спору та вільним від прав третіх осіб.

2. Завірену копію Декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту; завірену копію Сертифікату про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.

3. Гарантійне обслуговування та підтримка товару здійснюється виключно за рахунок Продавця (Постачальника) протягом усього гарантійного терміну.

4. Товар повинен бути упакований Учасником відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар відвантажується в упаковці, що відповідає його характеру.

5. Обмін Товару та повернення неякісного товару відбувається за рахунок Постачальника.

6. У разі поставки неякісного Товару або Товару з дефектами Учасник повинен безоплатно замінити Товар неналежної якості, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліки Товару.

7. Всі витрати по доставці товару покладаються на постачальника (перевезення, навантажувальні-розвантажувальні роботи тощо).

8. Місце поставки товару : 42009, Сумська область, м. Ромни, вулиця Рятувальників, 64.

9. Товар, закупівля якого передбачена цією документацією, має постачатися однією партією у кількості та асортименті згідно з заявкою уповноважених осіб замовника, протягом 10 календарних днів з моменту надання заявки та протягом робочого часу з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. понеділок — п'ятниця але не пізніше 30.11.2026 р. Корегування графіку поставки можливе тільки за згодою Замовника.

10. Приймання товару буде здійснюватися згідно документів приймання-передачі товару та обов'язково з наданням копій документів підтверджуючих відповідність.

Такі документи повинні бути чинними з урахуванням терміну реалізації товару.

Обґрунтування вимог: Вимоги щодо якості та транспортування товару регламентовані чинним законодавством України. Вимоги щодо термінів поставки товару, придатності та умови приймання товару зумовлені необхідністю забезпечення безперервної роботи медико-санітарної частини Замовника, ефективним та економним використанням бюджетних коштів та дотриманням технічних стандартів.

Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення:

Очікувана вартість — 166 090,67 грн. в т. ч. з ПДВ.

Очікувана вартість визначалася відповідно до вимог наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", шляхом отримання інформації, згідно направлених запитів, щодо цін на предмет закупівлі у потенційних учасників, яка була зазначена в отриманих комерційних пропозиціях. Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.

Відповідно до розміру очікуваної вартості процедуру закупівлі застосовано процедуру закупівлі — **відкриті торги з особливостями**, згідно пункту 10 постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Уповноважена особа з питань

організації та проведення

процедур закупівель/спрощених
закупівель



Людмила ЗАХАРЧЕНКО

Начальнику Мобільного
рятувального центру швидкого
реагування "Суми" ДСНС
України

Євгену СУПОНЄВУ

РАПОРТ

З метою забезпечення належних умов проходження щорічного обов'язкового профілактичного огляду особового складу МРЦ ШР "Суми" ДСНС України відповідно до наказу МОЗ України від 08.09.2025 року №1393, прошу здійснити закупівлю Програмно-апаратного комплексу психо-фізіологічної діагностики на очікувану суму 166 090,67 грн.

05.08.2026 р.

Начальник частини (лікар)
медико-санітарної частини



Артем БЕЗКОРОВАЙНИЙ

Вхід. № 222
"13" 08 2026

Начальнику відділення закупівель
Людмилі ЗАХАРЧЕНКО

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Від: Начальника частини (лікаря) медико-санітарної частини Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Суми" Державної служби України з надзвичайних ситуацій майора служби цивільного захисту Безкоровайного А.О.

Стосовно: здійснення закупівлі

Суть питання: прошу включити до Річного плану закупівель на 2026 рік закупівлю медичних виробів та здійснити закупівлю відповідно до вимог чинного законодавства

1	Ініціативний (структурний) підрозділ	Медико -санітарна частина
2	Джерело фінансування закупівлі	Державний бюджет
3	Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВ)	1006280
4	Код економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ)	3110
5	Очікувана вартість закупівлі, грн. (зазначити з ПДВ чи без ПДВ)	166 090,67 грн. з ПДВ
6	Вид предмета закупівлі (товари, роботи, послуги)	Товар
7	Код предмета закупівлі згідно з ДК 021:2015 (за показником четвертої цифри)	33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»
8	Код предмета закупівлі згідно з ДК 021:2015 (за показником четвертої - восьмої цифр)	33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»
9	Конкретна назва предмета закупівлі	Програмно – апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот – 1» або аналог НК 024:2023 — 58289 –Система оцінювання психологічного статусу НК 031:2024 — Z12109007 – Системи психометричного тестування
10	Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг	1
11	Місце поставки товару, виконання робіт, надання послуг	Сумська обл.,м.Ромни, вул. Рятувальників 64.
12	Строк поставки товару, виконання робіт, надання послуг	30.11.2026року
13	Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)	7 днів з дати поставки
14	Орієнтовний початок проведення закупівлі (місяць та рік)	Серпень - вересень 2026р.
15	Контактна особа:	
	Посада	Начальник МСЧ
	прізвище, ім'я,по батькові	Безкоровайний А.О.
	номер телефону	(05448)71050
	e-mail	sarz.romny@dsns.gov.ua
16	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі згідно додатка 1	
17	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	

Для забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів особового складу МРЦ ШР "Суми" ДСНС а саме проведення психофізіологічної експертизи згідно наказу МОЗ 08.09.2025 № 1393 «Про організацію та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій»

Розрахунок вартості закупівлі складає:

- 1) ТОВ «Науково-виробниче підприємство «МЕТЕКОЛ» – 1 шт. * 165000,00 грн. = 165 000,00 грн.
- 2) ФОП Шашко Марина Володимирівна – 1 шт. * 167 432,00 грн. = 167 432,00 грн.
- 3) ТОВ «Актуальні медичні поставки 2010» – 1 шт. * 165 840,00 грн. = 165 840,00 грн.


Середня вартість закупівлі складає – 166 090,67 грн.

18

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін на ринку, проаналізовані цінові пропозиції від постачальників (Додаток 2). Очікувана вартість товару становить 166 090,67 грн. з ПДВ Отримана під час аналізу інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість відповідно наказу Мінекономіки №275 від 18.02.2020р. з урахуванням актуальних пропозицій.

Начальник частини (лікар)
медико-санітарної частини



Артем БЕЗКОРОВАЙНИЙ

А. І. Іванов Е.Т.
Лікар Шашко А.М.
Від офісу В.О.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі за кодом ДК 021:2015:

«33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (33124130-5 Дослідне приладдя)(Програмно-апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1» (НК 024:2023: 58289 — Система оцінювання психологічного статусу; НК 031:2024: Z12109007 — Системи психометричного тестування))».

Якщо у Таблиці містяться посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Програмно-апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1»
- 1 шт. або «еквівалент»

Медико – технічні вимоги	Відповідність
1. Програмно-апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1» (далі – ПАПФД) або аналог призначений для оснащення кабінетів психофізіологічної експертизи, які проводять психофізіологічне обстеження при проведенні обов'язкових попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах, де є потреба у професійному доборі, і формують висновки психофізіологічної експертизи щодо придатності працівників до виконання робіт, що потребують професійного добору.	
2. Склад:	
- спеціалізована психодіагностична клавіатура (далі – СПК);	
- персональний комп'ютер типу ноутбук (далі – ПК);	
- принтер;	
- блок живлення (далі – БЖ) ПК;	
- багаторозетковий з'єднувач мережі (далі – БРЗМ), що є окремим виробом;	
- стандартний кабель типу «АМ-ВМ»;	

- програмне забезпечення (далі – ПЗ) на носії.	
3. ПАКПФД має бути призначений для оцінки рівня таких психологічних якостей людини:	
- реакція; - пам'ять; - увага (стійкість, розподіл, переключення, обсяг, концентрація); - функціональна рухливість нервових процесів; - психомоторні якості; - рівноваженість нервових процесів; - орієнтація в просторі; - просторово-тимчасова екстраполяція; - стійкість до монотонії та інші якості, які відповідають вимогам нормативних актів.	
4. Класифікація	
4.1. Зовнішні поверхні СПК стійкі до багаторазової дезінфекції за Державними санітарними нормами та правилами «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я» (наказ МОЗ України від 11.08.2014 № 552)	
4.2. За ступенем захисту від небезпеки ураження електричним струмом комплекс має відповідати вимогам ДСТУ EN – 60601-1:2015, за типом BF	
4.3. Ступінь захисту СПК від проникнення твердих частин і води – IP30 по ДСТУ EN 60529:2018	
4.4. СПК має відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 10993-1:2015 до біосумісності.	
4.5. ПАКПФД має забезпечувати вимірювання часових інтервалів в діапазоні від 0,10 до 600 с. Відносна похибка вимірювання часових інтервалів має складатися в діапазоні від 0,1 до 0,5 с не більше $\pm 15 \%$, в діапазоні від 0,5 до 1 с не більше $\pm 5 \%$ та в діапазоні від 1 до 600 с не більше $\pm 1 \%$.	
4.6. ПАКПФД має працювати під управлінням операційної системи Windows.	
4.7. ПЗ ПАКПФД має реалізувати: - реагування ПК на натискання і відпускання клавіш СПК; - приймання сигналів від СПК через інтерфейс USB; - відображення відповідного функціоналу на екрані монітора при отримуванні сигналів; - формування результатів тестування працівника та їх передачу на принтер; - збереження в пам'ять ПК результатів проведених досліджень; - друкування збережених результатів.	
4.8. ПАКПФД має зберігати технічні характеристики в наступних умовах експлуатації: - в діапазоні температур навколишнього повітря від 10 до 35 °C;	

- при відносної вологості до 80 % при температурі 25 °С без конденсації вологи; - при атмосферному тиску (100 ± 4) кПа або (750 ± 30) мм рт. ст	
5. Гарантійний термін експлуатації ПАКПФД складає один рік з дня введення його в експлуатацію	
6. Дата виготовлення обладнання – не раніше 2025 року	
7. Сертифікат на систему управління якістю	
8. Декларація про відповідність Технічному регламенту щодо медичних виробів затвердженому постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753	
9. Сертифікат відповідності технічної документації	

2. ІНШІ ВИМОГИ

1. Запропонований Учасником товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не перебувати під заставою, арештом, не бути предметом судового спору та вільним від прав третіх осіб.

2. Завірену копію Декларації про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту; завірену копію Сертифікату про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів.

3. Гарантійне обслуговування та підтримка товару здійснюється виключно за рахунок Продавця (Постачальника) протягом усього гарантійного терміну.

4. Товар повинен бути упакований Учасником відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар відвантажується в упаковці, що відповідає його характеру.

5. Обмін Товару та повернення неякісного товару відбувається за рахунок Постачальника.

6. У разі поставки неякісного Товару або Товару з дефектами Учасник повинен безоплатно замінити Товар неналежної якості, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліки Товару.


7. Всі витрати по доставці товару покладаються на постачальника (перевезення, навантажувальні-розвантажувальні роботи тощо).

8. Місце поставки товару : 42009, Сумська область, м. Ромни, вулиця Рятувальників, 64.

9. Товар, закупівля якого передбачена цією документацією, має постачатися однією партією у кількості та асортименті згідно з заявкою уповноважених осіб замовника, протягом 14 календарних днів з моменту надання заявки та протягом робочого часу з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. понеділок — п'ятниця але не пізніше 30.11.2026 р. Корегування графіку поставки можливе тільки за згодою Замовника.

10. Приймання товару буде здійснюватися згідно документів приймання-передачі товару та обов'язково з наданням копій документів підтверджуючих відповідність.

Такі документи повинні бути чинними з урахуванням терміну реалізації товару.



Web: <http://mcshr.dsns.gov.ua>

код згідно з ЄДРПОУ 33219415

E-mail: sarz.romny@dsns.gov.ua

Від 20 р. №

На № _____ від _____ 20__ р.

Керівнику ТОВ "Науково-виробниче підприємство "МЕТЕКОЛ"


Про запит цінової пропозиції

Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Суми" Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з метою визначення вартості предмету закупівлі, просить надати комерційну пропозицію щодо вартості Програмно-апаратного комплексу психо-фізіологічної діагностики "Психолот-1" або аналогу.

Заступник начальника центру

Ярослав ШКУРСЬКИЙ

Безкоровайний Артем (05448)71050




№ 77 03-3306/77 19 від 04.08.2026

Підписувач Шкурський Ярослав Григорович

[illegible]

Дійсний з 16.10.2025 12:57:42 по 12.10.2027 23:59:59



Web: <http://mcshr.dsns.gov.ua>

код згідно з ЄДРПОУ 33219415

E-mail: sarz.romny@dsns.gov.ua

Від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20 ____ р.

Керівнику ТОВ "Актуальні медичні поставки 2010"


Про запит цінової пропозиції

Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Суми" Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з метою визначення вартості предмету закупівлі, просить надати комерційну пропозицію щодо вартості Програмно-апаратного комплексу психо-фізіологічної діагностики "Психолот-1" або аналогу.

Заступник начальника центру

Ярослав ШКУРСЬКИЙ

Безкоровайний Артем (05448)71050



№ 77 03-3315/77 19 від 04.08.2026

Підписувач Шкурський Ярослав Григорович

[illegible]

Дійсний з 16.10.2025 12:57:42 по 12.10.2027 23:59:59



Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробниче підприємство
«МЕТЕКОЛ»

вул. Незалежності, 13, Чернігівська обл., м. Ніжин, 16604, тел. (067) 502-33-38
Код ЄДРПОУ 14234523. Платник податку на загальних підставах. ПІН 142345225245
Розрахунковий рахунок UA 933535530000026005300307461

Вих. № 25
від 04.08.2026

Мобільний рятувальний центр швидкого
реагування «Суми» ДСНС України

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково - виробниче підприємство «Метекол» – вітчизняний виробник медичного обладнання пропонує програмно – апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1» для оснащення Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Суми» ДСНС України.

1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково - виробниче підприємство «Метекол».
2. Адреса: вул. Незалежності, 13, Чернігівська обл., м. Ніжин, 16604, тел. (067) 502-33-38, e-mail: spf_metecol@ukr.net.
3. Предмет пропозиції:

№	Найменування	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Програмно – апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1»	154205,61	154205,61
		Всього без ПДВ	154205,61
		Сума ПДВ 7%	10794,39
		Загальна сума з ПДВ	165000,00

Загальна сума, що підлягає оплаті, сто шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ 7 % – 10794,39 грн.

4. Термін гарантійного обслуговування 12 місяців, післягарантійне обслуговування протягом всього періоду експлуатації (за окремим договором).
5. В ціну входять доставка та навчання.
6. Дата виготовлення обладнання – 2026 рік.

Т. в. о. директора

Микола ЯРЕМА

1	Вх. № 77/2415 ¹
Архив	
13	08 2026
Мобільний рятувальний центр швидкого реагування «Суми» Державної служби України з надзвичайних ситуацій	

Фізична особа-підприємець

Шашко Марина Володимирівна

36000, м. Полтава, Пр. Токарний, 9,к.6

Код ЄДРПОУ 3235910285

Т.+380639382462



М.В.Шашко

М.В.Шашко пропонує наступне медичне обладнання:

ПРОПОЗИЦІЯ

<u>Найменування обладнання</u>	<u>Кількість</u>	<u>Ціна, грн.</u>
	<u>шт.</u>	<u>за одиницю</u> <u>без ПДВ</u>
<u>Комплекс психофізіологічної діагностики</u> <u>«ПСИХОЛОТ-1» з ноутбуком та принтером</u>	<u>1</u>	<u>167 432,00</u>

1	Вх. № 77/2416 ¹
Архив	
13	08 2006р.
Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Суми" Державної служби України з надзвичайних ситуацій	

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТУАЛЬНІ МЕДИЧНІ ПОСТАВКИ 2010»
ЄДРПОУ 37097633
Полтавська обл., Полтавський район,
с. Супрунівка, вул. Київська 2-Є
Платник єдиного податку 3 групи
за ставкою 5 % без реєстрації ПДВ
тел. +30957051915

Вих. №1190 від 04.08.2026р.

В тендерний комітет

ПРОПОЗИЦІЯ

Найменування обладнання	Кількість шт.	Ціна, грн. за одиницю без ПДВ
Програмно – апаратний комплекс психофізіологічної діагностики «Психолот-1» в комплекті з лазерним принтером та ПК	1	165840,00

З повагою директор В.Петрушанко



1	Вх. № 77/2417	1
Аркуші		
«13»	08	2026р.
Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Сума" державної служби України з надзвичайних ситуацій		